



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ  
ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.



Phone: 08272 298220 Website: www.kimskodagu.kar.nic.in E-mail: [directormckodagu@gmail.com](mailto:directormckodagu@gmail.com)

ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೊ.ವೈ.ವಿ.ಸಂ.ಮ/ಸರಬ(2): 30:2018-19

ದಿನಾಂಕ:- 26.09.2018

ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ವಿಷಯ:- ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅಥೋಪೆಡಿಕ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ Electric Cautery ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅಥೋಪೆಡಿಕ್ ವಿಭಾಗದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ Electric Cautery ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕೃತ ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಂದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ, ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 08.10.2018 ರ ಸಂಜೆ 4.00ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ, ನಂತರ ಬರುವ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Sl. No	Name of the Item	Quantity
1	<p><b>Electric Cautery Machine: Specification:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. electrosurgical unit suitable for orthopedic surgery, general surgery and spine surgery.</li> <li>2. the unit should have bipolar and monopolar generators designed to produce simultaneous bipolar and monopolar outputs.</li> <li>3. bipolar should work on automatic as well as manual mode.</li> <li>4.the unit should be microprocessor controlled.</li> <li>5.the unit should offer cutting, coagulation and blend modes with digital display of out puts.</li> <li>6.the unit should have a button to disable the mono polar outputs allowing bipolar to be used without attachment of patient plates.</li> <li>7.the unit should suitable for under water cutting</li> <li>8.the patient plate should be made up of silicon and should be heat resistant.</li> <li>9.the unit should offer integrated conventional cooling system.</li> <li>10.it should have isolated patient circuits ensuring the safety of patient, surgeon and operating team against any electrical leakage/shock or accidental burns for which unit should have patient plate continuity and patient earth monitor. It should also have patient voltage monitor preventing the voltage on the patient's body reaching a level at which burning may be produced.to ensure proper attachment of divided plate electrode (if being used) the unit should have a plate attachment monitor.</li> <li>11.the unit have led to indicate high voltage coagulation mode in use.</li> <li>12.should have appropriate certification i.e. FDA/EN/ISO/CE with standard specification.</li> <li>13.should work on 220-230v ac</li> <li>14.should be supplied with complete with standard accessories i.e. <ol style="list-style-type: none"> <li>a) color loaded double pedal foot switch with receptacles 2 no</li> <li>b) silicon rubber patient plate with detachable connection cable and punched rubber stamp 20no</li> <li>c)reusable active electrode handle with set of 4 electrodes and silicon rubber insulated cable 20</li> <li>d)reusable hand switch surgical pencil with one flat electrode.10 no</li> <li>e) bayonet bipolar cautery forceps 4 no</li> <li>f) straight bipolar cautery forceps 4 no</li> <li>g) cable should be 3 meters length or more</li> </ol> </li> <li>15.the company is to be called for demonstration of electro surgical unit as and when deemed necessary</li> <li>16.the company should provide information brochure and attach complete specifications of the unit.</li> <li>17.the quoting firm should undertake to provide after sales service and repair.</li> </ol>	1 No

*(Handwritten signature)*



ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ  
ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ.



Phone: 08272 298220 Website: www.kimskodagu.kar.nic.in E-mail: directormckodagu@gmail.com

**ನಿಬಂಧನೆಗಳು:**

1. ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಅಧಿಕೃತ ಸರಬರಾಜುದಾರರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು
2. ಲಕೋಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ Electric Cautery ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಎಂದು ಬರೆದ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 08.10.2018ರ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ನಂತರ ಬರುವ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸಲ್ಲಿಸುವ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಂತರದ ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನದಂದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.
3. ಸೂಚಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಸಲ್ಲಿಸುವ ದರ ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ದರವು MRP ಯನ್ನು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ
4. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಇತರೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ ದರವು ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
5. ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ / ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಕೆಳಸಹಿದಾರರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ,
6. ಅಂದಾಜು ಪ್ರಮಾಣವು ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೈತ್ಯಯವಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ,
7. ಇತರೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಡೀನ್  
ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ  
ಮಡಿಕೇರಿ

**ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-**

1. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಕಛೇರಿಯ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಡೀನ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಸನ/ಗುಲ್ಬರ್ಗ/ಗದಗ/ಕೊಪ್ಪಳ/ಚಾಮರಾಜನಗರ/ಕಾರವಾರ, ಇವರಿಗೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.
3. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ, ವಾರ್ತಾಭವನ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.
4. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರ, ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
5. ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
6. ಕಛೇರಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಕ್ಕೆ/ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಪ್ರತಿ
7. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.